



Universidad Nacional de Asunción  
*Facultad de Ciencias Químicas*

Departamento de Contrataciones

www.qui.una.py

E - mail.: uocfcq@qui.una.py

Telefax: 595 - 21 - 7290030

CC: 1055, Asunción - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

## ADENDA N° 2

Con respecto a las consultas recibidas hasta el día 09 de setiembre del corriente, hasta las 9:00 horas, de potenciales oferentes se emite la presente Adenda N° 2 de algunos puntos:

### Especificaciones Técnicas

PROYECTO INIC01-175 - INSUMOS						
Ítem	Código	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
8	41121707-003	Tubo sin anticoagulante	Tubos de Colección de sangre con granulos separador. De 10 ml.	Unidad	Paquete por 50 unidades	3
9	41113036-005	Microplaca	Microplacas de 96 pocillos de plásticos para ensayos basados en fluorescencia, fondo plano transparente, paredes de pocillo oscuras	Unidad	Caja por 5 placas	1
PROYECTO PINV01-89 - MATERIALES DE LABORATORIO						
24	41122401-001	Barra magnética para agitador	Largo de al menos 2,8 cm; con anillo central; material teflón u otro material inerte. En bolsas x unidad.	Unidad	Unidad	6
25	41103912-9999	Cepillos para matraz	En bolsa x unidad. Tamaño mediano o grande.	Unidad	Unidad	4
37	41103509-001	Piceta	Piceta para agua destilada. De plástico, graduada, volumen de al menos 500 mL. Debe tener pico dosificador con tapa. Sin signos de deterioro. En caja x unidad.	Unidad	Unidad	4



215

Lic. Fátima Belén Cabañas Piñanez  
Jefa - Dpto. de Contrataciones



Universidad Nacional de Asunción  
*Facultad de Ciencias Químicas*

Departamento de Contrataciones

www.qui.una.py

E - mail.: uocfcq@qui.una.py

Telefax: 595 - 21 - 7290030

CC: 1055, Asunción - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

---

## NOTA ACLARATORIA

**Con respecto a las consultas recibidas hasta el día 09 de setiembre del corriente, hasta las 9:00 horas, de potenciales oferentes se emite la presente aclaratoria:**

Ítem No 3 Puntas para Pipetas: ¿Podemos ofertar puntas con volumen de 0,5 a 20 ul, sin filtro, y sin las condiciones de estar Libre de Dnasa, RNasa?

**Respuesta:** No, deben ser libres de Dnasa, RNasa. Ajustarse al Pliego.

Ítem No 30 Mortero de Porcelana con Pilón: ¿Podemos ofertar mortero de porcelana con interior áspero, exterior esmaltado, sin mano, de 105 mm de diámetro, 64 mm de altura, para una capacidad de 220 ml. y un pilón de 36 mm de diámetro y 150 mm de largo, como mínimo?

**Respuesta:** No. Ajustarse al Pliego.

Ítem No 80 Puntas para Pipetas: ¿Podemos ofertar puntas con volumen de 0,5 a 20 ul, sin filtro, y sin las condiciones de estar Libre de Dnasa, RNasa?

**Respuesta:** No, deben ser libres de Dnasa, RNasa. Ajustarse al Pliego.

Ítem 89: Reactivo para la detección de interleuquina 6: Se podría admitir una presentación de kit con un rango de 23 a 2560pg/ml?

**Respuesta:** No, la detección menor debe ser de menos de 10 pg/mL (9,4). Ajustarse al Pliego.

Ítem 144: Reactivo para HIV: ¿Se podría admitir una presentación del kit semicuantitativa?

**Respuesta:** No, debe ser cuantitativa en el rango establecido en las especificaciones técnicas. Ajustarse al Pliego.

Solicitamos a la convocante aclarar a Nombre y RUC de que institución debemos de hacer la Declaración Jurada o la Póliza de Mantenimiento de Oferta.

Se aclara a los potenciales oferentes que, la Garantía de Mantenimiento de Oferta, ya sea póliza o garantía bancaria, debe ser emitida a nombre de la **Facultad de Ciencias Químicas de la UNA** con RUC N° **80010887-6**.

Aclarar también, que toda la documentación (documentos sustanciales, no sustanciales, capacidad financiera, experiencia, capacidad técnica, catálogos) deben ser entregados en forma física junto con la oferta.



717   
Lic. Fátima Belén Cabañas Piñanez  
Jefa - Dpto. de Contrataciones