



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

Departamento de Contrataciones

www.qui.una.py

E - mail.: uocfcq@qui.una.py

Telefax: 595 - 21 - 7290030

CC: 1055, Asunción - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

ADENDA N° 2

Con respecto a la Licitación UGPI N° 004 - **ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO – PROYECTO CONACYT SERT23-9**, se modifican las siguientes especificaciones técnicas:

Ítem	Código	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
27	40161701-004	Centrifuga de laboratorio refrigerada	Centrifuga de mesada refrigerada de alta capacidad Volumen máximo: 4 x 400 mL Tiempo de corridas: Temperatura. Rango -10°C~ +40°C Dimensiones estimadas: 785*670*445mm (W x H x D) Nivel de ruido <65 dBA Debe incluir al menos un rotor oscilante con 8 posiciones con ángulos de 0° a 90° Debe incluir soporte para 8 tubos de fondo cónicos de 50mL (29 mm) y adaptadores para al menos 8 tubos de 15 mL de fondo cónico (17 mm). Velocidad Máxima: al menos 4.000 rpm / 2952×g máx RFC Primer mantenimiento preventivo gratis. Garantía mínima un año. Primer mantenimiento preventivo incluido. Con instalación y en funcionamiento garantizado	Unidad	Unidad	1



Fátima B. Cabañas P.
Lic. Fátima B. Cabañas P.
Jefa de Contrataciones