



NOTA ACLARATORIA UGPI N° 003/2025

Con respecto a las consultas recibidas hasta el día 11 de abril del corriente, hasta las 12:00 horas, de potenciales oferentes se emite la presente aclaratoria:

Ítem N.º 2 Tubo para PCR

¿Se puede aceptar presentaciones de paquetes de 12 tiras de 8 tubos ópticos? (96 unidades por paquete)

Respuesta: Se puede aceptar. Siempre que sea compatible con termociclador StepOne (como indicamos en las especificaciones técnicas).

Ítem N.º 4 Tubo sin anticoagulante

Favor aclarar qué medida/volumen están precisando.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 1

Ítem N.º 43 Cepillo para matraz

Favor aclarar qué medida están precisando, ejemplo: cepillo chico, mediano o grande

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 1

Ítem N.º 62 Tubo para PCR

¿Se puede aceptar presentaciones de paquetes de 12 tiras de 8 tubos ópticos? (96 unidades)

Respuesta: La presentación de 12 tiras por paquete se pueden aceptar. Sin embargo, deberán cumplir los siguientes requisitos: Deben ser provistos con tapa, deben ser compatibles con el termociclador STEPONE PLUS y se debe entregar como mínimo 3000 tubos con tapa, cantidad establecida en el pliego de bases y condiciones.

Ítem N.º 88 Steviosido Standard p.a

Favor considerar establecer mínimo de 10 meses, dado que, por la naturaleza del estándar, el mismo es fabricado con 12 meses de vencimiento, llegando al país con máximo de 11 meses.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 1

Ítem N.º 89 Rebaudiosidos Estandar

Favor considerar establecer mínimo de 10 meses, dado que, por la naturaleza del estándar, el mismo es fabricado con 12 meses de vencimiento, llegando al país con máximo de 11 meses.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 1

Ítem N.º 90 RT (Transcriptasa reversa)

En relación al ítem, solicitamos la modificación de la cantidad pues el precio total superaría los mil millones, este ítem debe ser requerido al igual que el ítem 98, pues la fracción de 10.000 unidades se refiere a la potencia.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 1

Ítem N.º 91 Mezcla para amplificación de Material Genético

¿Se puede aceptar una mezcla maestra para detección que no tenga Sybr-green?

Respuesta: No se es posible aceptar una mezcla maestra que no tenga Sybr-green. Ajustarse al PBC.

Ítem N.º 101 Reactivo para HIV

¿Se podría admitir la metodología de Test rápido en vez de Elisa?

¿Aceptaría la oferta de un kit de cuantificación de Gag de HIV por metodología de inmunoensayo de bioluminiscencia basada en luciferasa, con un protocolo rápido y de alta sensibilidad que no requiere de pasos de lavado, en un kit que no incluye placas de 96 pocillos?

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 1

Ítem N.º 103 Tubo para PCR

¿Se puede aceptar presentaciones de paquetes de 12 tiras de 8 tubos ópticos?





Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

Departamento de Contrataciones

www.qui.una.py

E - mail.: uocfcq@qui.una.py

Telefax: 595 - 21 - 7290030

CC: 1055, Asunción - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Respuesta: No ya que se requieren tubos individuales, favor ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC.

Ítem N.º 110 Tubo para PCR

¿Se puede aceptar presentaciones de paquetes de 12 tiras de 8 tubos ópticos?

Respuesta: Favor ajustarse al número total de tiras de 8 tubos presentes en las especificaciones técnicas del PBC.

Ítem N.º 123 Reactivo para triglicéridos

¿Se podría aceptar un reactivo de triglicéridos con metodología enzimática, provisto de lipoproteína lipasa, glicerol kinasa, glicerol fosfato oxidasa, peroxidasa?

Respuesta: Ajustarse al PBC.

Ítem N.º 123 Reactivo para triglicéridos

Favor aclarar si están precisando 400 unidades de caja o 400 determinaciones.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 1

Ítem N.º 124 Reactivo para colesterol

¿Se podría aceptar un reactivo de colesterol con metodología enzimática, provisto de colesterol esterasa, colesterol oxidasa, peroxidasa, 4-aminofenazona?

Respuesta: Ajustarse al PBC.

Ítem N.º 124 Reactivo para colesterol

Favor aclarar si están precisando 400 unidades de caja o 400 determinaciones

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 1

Ítem N.º 125 HDL Colesterol

1. ¿Se podría aceptar un reactivo de HDL con reactivo precipitante, que no cuente estándar?
2. ¿Se podría aceptar un reactivo de HDL con metodología directa en vez de precipitación?

Respuesta: Ajustarse al PBC.

Ítem N.º 125 HDL Colesterol

Favor aclarar si están precisando 300 unidades de caja o 300 determinaciones

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 1

Ítem N.º 130 GOT

Favor aclarar si están precisando 100 unidades de caja o 100 determinaciones

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 1

Ítem N.º 131 GPT

Favor aclarar si están precisando 100 unidades de caja o 100 determinaciones

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 1

Ítem N.º 153 Guantes de nitrilo tamaño pequeño

¿Podemos ofertar con un vencimiento mínimo de un año?

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 1

Ítem N.º 154 Guantes de nitrilo tamaño mediano

¿Podemos ofertar con un vencimiento mínimo de un año?

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 1

Ítem N.º 157 Pipeta automática con volumen variable

¿Podría la convocante tener en cuenta la petición de modificar la especificación de Tecnología RFID en las pipetas automáticas, esto permitiría una mejor oportunidad de competencia?

Respuesta: Ajustarse al PBC





Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

Departamento de Contrataciones

www.qui.una.py

E - mail.: uocfcq@qui.una.py

Telefax: 595 - 21 - 7290030

CC: 1055, Asunción - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Ítem N.º 158 Pipeta automática con volumen variable

¿Podría la convocante tener en cuenta la petición de modificar la especificación de Tecnología RFID en las pipetas automáticas, esto permitiría una mejor oportunidad de competencia?

Respuesta: Ajustarse al PBC

Ítem N.º 159 Pipeta automática con volumen variable

¿Podría la convocante tener en cuenta la petición de modificar la especificación de Tecnología RFID en las pipetas automáticas, esto permitiría una mejor oportunidad de competencia?

Respuesta: Ajustarse al PBC.

Consulta. Punto 10 Documentos de la Oferta: Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la CONSTANCIA del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la Convocante en el presente pliego.

Punto 6. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.

En caso de adjuntar el Perfil del Proveedor deberá indefectiblemente adjuntar los documentos que se encuentran activos en formato físico junto con su oferta en el día de la Apertura de ofertas, caso contrario será descalificado del proceso concursal.

Favor unificar criterio, el PBC en el punto 10 establece que el Perfil del Proveedor, reemplazará a los documentos solicitados por la Convocante en el presente pliego, en tanto que en el Punto 6 indica que se debe presentar indefectiblemente todo en físico.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 1.



Fato
Lic. Fátima Belén Cabañas Piñanez
Jefa - Dpto. de Contrataciones