

## NOTA ACLARATORIA

Con respecto a la Licitación UGPI N° 004 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y COMPUESTOS QUÍMICOS – PROYECTO ENER01-2, se emite las siguientes aclaraciones:

### 1-Ítem N.º 1 Equipo de punto de fusión.

Solicitamos a la convocante considerar la cantidad de usuarios (indica desde 30 usuarios) a “Desde un usuario”, de esta manera la convocante podrá recibir mayor cantidad de propuestas para su elección y determinar la más adecuada técnica y económicamente.

Respuesta: Ajustarse al Pliego.

2- Solicitamos a la convocante pueda considerar la posibilidad de provisión de equipos con temperatura de trabajo máximo entre los rangos de 350°C a 400°C, ya que hay equipos que durante el trabajo o proceso estándar llegan hasta 350°C y para un otro específico también llegan hasta 400°C.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda.

3- Solicitamos a la convocante considerar ampliar el rango del tiempo de enfriamiento también desde la temperatura máxima de cada equipo (equipos entre 350°C a 400°C) en un rango hasta 15 min, de esta manera la convocante podrá recibir mayor cantidad de propuestas para su elección y determinar la más adecuada técnica y económicamente.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda.

4- Solicitamos a la convocante considerar ampliar el rango del tiempo de calentamiento también desde la temperatura de cada equipo (equipos entre 350°C a 400°C) en un rango entre 4 min a 6 min, de esta manera la convocante podrá recibir mayor cantidad de propuestas para su elección y determinar la más adecuada técnica y económicamente.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda.

5- Solicitamos a la convocante respecto a la interconectividad del equipo, ampliar la presentación de ofertas para equipos de conexión desde “Conectividad directa con una PC desde la cual tendrán todas las conectividades, de esta manera la convocante podrá recibir mayor cantidad de propuestas para su elección y determinar la más adecuada técnica y económicamente.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda.

6-Solicitamos a la convocante considerar la temperatura de ambiente para el equipo, donde dice de 10°C a 35°C, pueda ampliarse a 5°C a 40°C, de esta manera la convocante podrá recibir mayor cantidad de propuestas para su elección y determinar la más adecuada técnica y económicamente, además de que pueda disponer de un equipo con mayor rango de resistencia al ambiente.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda.

### 7- Ítem N.º 2 Termómetro infrarrojo.

Favor revisar si el precio unitario estimado realmente corresponde a un Termómetro Infrarrojo del rango solicitado, de -15 a 1000 °C, ya que los precios de mercado de los Termómetros Infrarrojos del rango solicitados son muy superiores.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda.



**8- Ítem N.º 3 Balanza Electrónica.**

Se puede ofertar una Balanza Electrónica con capacidad entre 60 y 220 g, que cubre el rango solicitado.

**Respuesta:** Ajustarse al Pliego.

**9- Ítem N.º 3 Balanza Electrónica.**

Se podría admitir una balanza electrónica con capacidad máxima de 202gr, legibilidad de 0,01 mg, repetibilidad de 0,03 mg, tiempo de asentamiento menor a 6 seg, con ajuste interno, con calibración interna, con pantalla LCD gráfica y cubierta protectora?

**Respuesta:** Ajustarse al Pliego.

**10- EXPERIENCIA:** Para determinar la experiencia, el oferente deberá demostrar haber realizado en forma satisfactoria la provisión de bienes y/o insumos y/o equipos de laboratorios e informáticos objetos de esta licitación, para lo cual se considerarán los siguientes documentos. Copias de Contratos ejecutados y/o facturaciones, con instituciones públicas y/o Privadas, acompañados de los documentos respaldatorios que avalen el cumplimiento satisfactorio de los mismos (Informes, Remisiones, y/o Actas de Recepción definitiva) podrán presentarse la cantidad de contratos que fuesen necesarios, que sumados alcancen como mínimo 30 (treinta) % del monto total de su oferta siempre y cuando hayan sido formalizados dentro del periodo comprendido entre los años 2022 – 2024.

**Respuesta:** Ajustarse al Pliego.

**11- Solicitamos considerar esta consulta en lo referente a la Experiencia del ítem 1:**

1-En donde indica "...provisión de bienes y/o insumos y/o equipos de laboratorios e informáticos OBJETOS DE ESTA LICITACIÓN...", poder considerar para el ítem 1 "...provisión de bienes y/o insumos y/o equipos de laboratorio general...", esto para las empresas que tomaron recientemente la representación de esta línea específica de equipos, que son muy sofisticados y de poco movimiento en el mercado paraguayo, pero dichas empresas tienen la trayectoria, expertise y experiencia en una gran variedad de otros tipos de equipos de laboratorio de renombre mundial.

**Respuesta:** Ajustarse al Pliego, se refiere a equipos de laboratorio en general.

**12- Se solicita que para mayor participación de potenciales oferentes se pueda admitir que el peso mínimo sea superior a la solicitado para el ítem N° 03 - Balanza Electrónica.**

**Respuesta:** Ajustarse al Pliego.

  
Lic. Fátima B. Cabañas Piñanez  
Jefa Dpto. de Contrataciones  
FCQ - UNA