



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

Departamento de Contrataciones

www.qui.una.py

E - mail.: uocfcq@qui.una.py

Telefax: 595 - 21 - 7290030

CC: 1055, Asunción - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

NOTA ACLARATORIA

Con respecto a las consultas recibidas de potenciales oferentes se emite la presente aclaratoria:

CONSULTA N° 1: Ítem N° 4 Se podría admitir unos microtubos estériles de 1,7 ml en presentación de paquetes x 1000 unidades? Completando la cantidad solicitada

Respuesta N° 1: Si. Se pueden aceptar tubos de 1,7 mL

CONSULTA N° 2: Ítem N° 5: Se podrá admitir unos frascos cónicos estériles en presentación de paquetes x 1000 unidades? Se podría admitir frascos cónicos de 50 ml en presentación de paquete x 50 unidades como mínimo. Completando la cantidad solicitada?

Respuesta N° 2: No se aceptan frascos cónicos estériles. Se aceptarán paquetes de 50 unidades para los tubos 50 ml. estériles.

CONSULTA N° 3 Ítem N° 6: Se podría admitir unos tubos cónicos de 15 ml. , estériles en bolsa x 25 unid. Completando la cantidad solicitada? Se podría admitir unos tubos cónicos de 15 ml. , estériles en bolsa x 50 unid. Completando la cantidad solicitada?

Respuesta N° 3: Se aceptan bolsas por 25 o 50 unidades, siempre y cuando sean estériles.

CONSULTA N° 4 Ítem N° 10: Se podría admitir unas Pipeta serológica de plástico, 5 mL, estéril, en caja de 50 unidades como mínimo completando la cantidad solicitada? Se podría admitir unas Pipeta serológica de poliestireno de alta calidad? (GPPS)

Respuesta: No. Las pipetas serológicas deben ser en envoltorios individuales.

CONSULTA N° 5 Ítem N° 11: Se podría admitir unas Pipeta serológica de plástico, 10 mL, estéril, en caja de 50 unidades como mínimo completando la cantidad solicitada? Se podría admitir unas Pipeta serológica de poliestireno de alta calidad? (GPPS)

Respuesta: No. Las pipetas serológicas deben ser en envoltorios individuales.

CONSULTA N° 6 Ítem N° 12: Se solicita a la Convocante aclarar si lo solicitado corresponde a puntas de pipetas con o sin filtro , ya que no se menciona expresamente en las EETT.

Respuesta: Las puntas son sin filtro, pero deben ser tipo GILSON y compatibles con pipetas LABNET.

CONSULTA N° 7 Ítem N° 13: Se solicita a la Convocante aclarar si lo solicitado corresponde a puntas de pipetas con o sin filtro , ya que no se menciona expresamente en las EETT.

Respuesta: Las puntas son sin filtro, pero deben ser tipo GILSON y compatibles con pipetas LABNET.

CONSULTA N° 8 Ítem N° 14: Se solicita a la Convocante aclarar si lo solicitado corresponde a puntas de pipetas con o sin filtro , ya que no se menciona expresamente en las EETT.

Respuesta: Las puntas son sin filtro, pero deben ser tipo GILSON y compatibles con pipetas LABNET.

CONSULTA N° 9 Ítem N° 20: Debido a que la presentación solicitada es de 1000 ml. Se puede ofertar 2 frasco de 500 ml.

Respuesta: Si se puede cotizar 2 frascos de 500 ml.

CONSULTA N° 10 Ítem N° 9: Podemos ofertar frasco con volumen mínimo de 100 ml?

Respuesta: Cefirse a las especificaciones técnicas botella de cultivo T-25, con 25 cm cuadrados de área de crecimiento.

CONSULTA N° 11 Ítem N° 13: Podemos ofertar con volumen de 2-200 ul como minimo? El mismo cubre el rango solicitado

Respuesta: Si pero deben ser tipo GILSON y compatibles con pipetas LABNET.

CONSULTA N° 11 Ítem N° 14: Podemos ofertar con volumen de 50-1000 ul como minimo? El mismo cubre el rango solicitado

Respuesta: Si pero deben ser tipo GILSON y compatibles con pipetas LABNET.

Atentamente,



Fátima Belén Cabañas Piñanez
Lic. Fátima Belén Cabañas Piñanez
Jefa - Dpto. de Contrataciones